

## Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

<b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Zakup autoklawu</b> dla Norwa Plants Sp. z o.o.	<b>Liczba szt./kpl.</b>
<b>Opis szczegółowy</b>		
1	<p><b>Przedmiotem zamówienia jest zakup autoklawu, który będzie wykorzystany do badań w projekcie badawczo-rozwojowym realizowanym przez Norwa Plants Sp.z o.o., służąc do sterylizacji.</b></p> <p><b>Wymagania techniczne dotyczące autoklawu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wielkość autoklawu – wymagana objętość wsadu 70 litrów</li><li>2. Czas trwania cyklu sterylizacyjnego – nie dłużej niż 60 minut</li><li>3. Możliwość integracji autoklawu z narzędziami do rozlewania pożywki</li><li>4. Możliwość sterylizacji sprzętu dozującego za pomocą wbudowanego mechanizmu parowego</li><li>5. System mieszania magnetycznego bez mechanicznych części w środku autoklawu</li><li>6. Możliwość dostosowywania czasu sterylizacji temperatury podgrzania i rozlewania cieczy</li><li>7. Wykonanie całego urządzenia z wysokiego stopu 316L stali nierdzewnej</li><li>8. Dozowanie systemem ciśnieniowym (wyklucza się zastosowanie pompy perystaltycznej, która cechuje się większą awaryjnością)</li></ol>	1 szt.
<p><b>Miejsce realizacji zamówienia:</b> Zakład Produkcyjny Laboratorium Norwa Plants Sp z o.o. 05-500 Piaseczno, ul. Staszica 44</p>		