

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		
Lp.	Zakup autoklawu dla Norwa Plants Sp. z o.o.	Liczba szt./kpl.
Opis szczegółowy		
1	<p>Przedmiotem zamówienia jest zakup autoklawu, który będzie wykorzystany do badań w projekcie badawczo-rozwojowym realizowanym przez Norwa Plants Sp.z o.o., służąc do sterylizacji.</p> <p>Wymagania techniczne dotyczące autoklawu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wielkość autoklawu – wymagana objętość wsadu 70 litrów2. Czas trwania cyklu sterylizacyjnego – nie dłużej niż 60 minut3. Możliwość integracji autoklawu z narzędziami do rozlewania pożywki4. Możliwość sterylizacji sprzętu dozującego za pomocą wbudowanego mechanizmu parowego5. System mieszania magnetycznego bez mechanicznych części w środku autoklawu6. Możliwość dostosowywania czasu sterylizacji temperatury podgrzania i rozlewania cieczy7. Wykonanie kotła urządzenia z wysokiego stopu 316L stali nierdzewnej8. Dozowanie systemem ciśnieniowym (wyklucza się zastosowanie pompy perystaltycznej, która cechuje się większą awaryjnością)	1 szt.
<p>Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Produkcyjny Laboratorium Norwa Plants Sp z o.o. 05-500 Piaseczno, ul. Staszica 44</p>		